



**Interregionale Blutspende SRK AG**

Ringversuchszentrum Immunhämatologie  
 ☒ Murtenstrasse 133 | Postfach | 3001 Bern  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Bern  
 itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration  
 D +41 31 384 23 08

Bern, 14. November 2025 cni/sme – Ss25-4D

## Schlüssel Ringversuch 2025-04 für Immunhämatologie

### ABO-Blutgruppen und Rh-Bestimmung

	Spender 2025-41				Spender 2025-42				Patient 2025-43			
Blutgruppe Endresultat	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>
RhD	pos <input type="checkbox"/>	neg <input checked="" type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>	pos <input type="checkbox"/>	neg <input checked="" type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>	pos <input type="checkbox"/>	neg <input checked="" type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>
Rh-Phänotyp	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>

→ Die Isoagglutinine sind immer eindeutig bestimmbar. Sollte dies nicht der Fall sein, wurde die Analyse aus dem falschen Röhrchen durchgeführt.  
 → Isoagglutinine können nicht aus dem Serumröhrchen bestimmt werden, sondern aus dem Überstand der Zellen aller 3 Röhrchen.

### Antikörpersuchtest

	Resultat	
Serum Patient 2025-43	negativ <input type="checkbox"/>	positiv <input checked="" type="checkbox"/>

Antikörperspezifizierung		
Anti-D	Anti-S	/

### Verträglichkeitsprüfung

	2025-43 Serum Patient		
IAT	negativ	schwach positiv	positiv
Ec Spender 2025-41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec Spender 2025-42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Bemerkungen

na

