



Kommentar / Auswertung Ringversuch 2025-04 Immunhämatologie

1. Probenmaterial und erwartete Resultate

Wenn nicht speziell erwähnt, handelt es sich durchwegs um Spender-Erythrozyten sowie -Plasmen oder -Seren, welche gemäss den Anforderungen der Vorschriften des BSD SRK entnommen, verarbeitet, getestet und gelagert wurden. Alle Proben weisen ein negatives Resultat für Anti-HIV, HIV-PCR, Anti-HCV, HCV-PCR und HBsAg auf.

Für die Ermittlung der Resultate wurden mit dem Röhrchentest und dem ID-Geltest (Diamed) gearbeitet. Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt.

1.1 Unterauftragnehmer

Die Abfüllung, Etikettierung und Verpackung der Proben für die Ringversuche Immunhämatologie erfolgt im Unterauftrag durch die Medion Diagnostics AG in Düdingen. Das Unternehmen ist nach der Norm ISO 13485 zertifiziert.

Für die Bestätigung des Zielwertes der Ringversuche Immunhämatologie führt das Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Baden-Baden im Voraus dieselben Analysen durch. Das Institut ist nach der Norm ISO 15189 akkreditiert.

Spender- und Patientenerythrozytensuspensionen

Resultate		BG	RhD	Rh-Phänotyp
Spender	2025-41	A	neg	Ccee
Spender	2025-42	A	neg	ccee
Patient	2025-43	A	neg	ccee

Patientenserum

Resultate		Antikörpertiter bei Einsendeschluss	
		ID-Geltest	
Anti-D	2025-43	1:2	
Anti-S	2025-43	1:2	

2. Teilnehmer

Anmeldungen	Teilnehmer	Eingegangene Antworten	
		N	%
Teilnehmer (Total)	166	165	99.4
ABO-Blutgruppen und Rhesusbestimmung	166	165	99.4
Alloantikörpersuchtest	166	162	97.6
Verträglichkeitsprüfung	118	117	99.2
Antikörperspezifizierung	38	37	97.4





3. Auswertung der einzelnen Analysen

ABO-Blutgruppen und RhD		AB0	RhD	Eingetroffene Resultate	Anzahl Fehlbestimmungen	
					N	N
Spender	2025-41	A	neg	165	0	0
Spender	2025-42	A	neg		0	0
Patient	2025-43	A	neg		0	0

Rh-Phänotyp		Rh-Phänotyp	Eingetroffene Resultate	Anzahl Fehlbestimmungen	
				N	N
Spender	2025-41	Ccee	160	4	2.5
Spender	2025-42	ccee		0	0
Patient	2025-43	ccee		1	0.6

Verträglichkeitsprüfung		Resultat	Eingetroffene Resultate	Anzahl Fehlbestimmungen im IAT	
				N	N
Spender	2025-41	negativ	117	0	0
Spender	2025-42	positiv		1	0.8

Antikörpersuchtest		Resultat	Eingetroffene Resultate	Anzahl Fehlbestimmungen	
				N	N
Patient	2025-43	positiv	162	0	0

Antikörperspezifizierung		Resultat	Eingetroffene Resultate	Anzahl Fehlbestimmungen	
				N	N
Patient	2025-43	Anti-D	37	0	0
Patient	2025-43	Anti-S		0	0

4. Kommentar

Der 4. Ringversuch Immunhämatologie 2025 zeigt ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis.

Bei Abweichungen zu den erwarteten Ergebnissen erfolgt eine individuelle Benachrichtigung.

Dies war der letzte Ringversuch aus dem Ringversuchszentrum der Interregionalen Blutspende SRK AG (IRB) – vielen Dank für Ihre Teilnahme, Ihre Treue und die angenehme Zusammenarbeit.